

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	自动眼压计
拟采购产品金额	9万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心眼科Nd: YAG激光治疗仪等14种设备采购项目
采购项目所属项目金额	347.65万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
<p>原因阐述：为了提高医院眼科诊疗水平，满足临床对青光眼筛查、诊断及随访的精准度要求，拟采购自动眼压计。经市场调研，虽然国内已有同类设备生产，但在特殊患者测量准确性、成像质量、设备稳定性等方面，国产设备尚无法完全满足临床工作需要。进口设备在角膜厚度补偿功能、对人工晶体眼的适配性、全自动追踪技术及长期运行稳定性方面具有明显优势。因此，特申请采购进口产品。</p>	
三、专家论证意见	
<p>目前国产设备的测量准确性与设备技术稳定性与进口产品存在一定的差距，不能完全满足采购人的要求，同意采购进口产品。</p>	
专家签字：	吴五
2026年3月9日	